




Roth System

Colour-marks



Quicklear® III & BioQuick® Brackets Roth System

OK / Maxillary C€ 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	–	C731-0103	C730-0103	C731-0101	C730-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,3	–	C731-0203	C730-0203	C731-0201	C730-0201
3 Cuspids + hook	-2°	+11°	0,9	4° mesial	C731-0313	C730-0313	C731-0311	C730-0311
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0503	C730-0503	C731-0501	C730-0501
	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0513	C730-0513	C731-0511	C730-0511
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0503	C730-0503	C731-0501	C730-0501
	-7°	0°	0,9	2° distal	C731-0513	C730-0513	C731-0511	C730-0511
6 1 st Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 2 nd Molar + hook	-14°	0°	–	12° distal	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

UK / Mandibular C€ 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	0°	0°	1,4	–	C730-1203	C730-1203	C730-1201	C730-1201
2 Laterals	0°	0°	1,4	–	C730-1203	C730-1203	C730-1201	C730-1201
3 Cuspids + hook	-11°	+7°	1,2	2° mesial	C731-1413	C730-1413	C731-1411	C730-1411
4 Bicuspids + hook	-17°	0°	1,2	4° distal	C731-1513	C730-1513	C731-1511	C730-1511
5 Bicuspids + hook	-22°	0°	1,2	4° distal	C731-1613	C730-1613	C731-1611	C730-1611
6 1 st Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 2 nd Molar + hook	-20°	0°	–	2° distal	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

Fallsätze | Cases


C€ 0297

Variation	Quicklear®	BioQuick®	Slot .018"		Slot .022"	
Cases			1	3	1	3
Maxillary	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3-5	–	C706C1080	C706C1081	C706C1084	C706C1085
Mandibular	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3-5	–				
Maxillary	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3-5	–	C706-1078	C706-1079	C706-1082	C706-1083
Mandibular	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3	↙↘ 4-5				
Maxillary	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3-5	–	C706-1080	C706-1081	C706-1084	C706-1085
Mandibular	↙↘ 1-2 + ↙↘ 3	↙↘ 4-5				



McLaughlin/Bennett/Trevisi System

Colour-marks



Quicklear® III & BioQuick® Brackets McLaughlin/Bennett/Trevisi System

OK / Maxillary C€ 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+17°	+4°	1,1	-	C733-0103	C732-0103	C733-0101	C732-0101
2 Laterals	+10°	+8°	1,3	-	C733-0203	C732-0203	C733-0201	C732-0201
3 Cuspids + hook	-7°	+8°	0,9	-	C733-0313	C732-0313	C733-0311	C732-0311
4 Bicuspids	-7°	0°	0,9	-	C733-0403	C732-0403	C733-0401	C732-0401
	Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	-	C733-0413	C732-0413	C733-0411
5 Bicuspids	-7°	0°	1,3	-	C733-0503	C732-0503	C733-0501	C732-0501
	Bicuspids + hook	-7°	0°	1,3	-	C733-0513	C732-0513	C733-0511
6 1 st Molar + hook	-14°	0°	-	-	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 2 nd Molar + hook	-14°	0°	-	-	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711


UK / Mandibular C€ 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-6°	0°	1,4	-	C732-1203	C732-1203	C732-1201	C732-1201
2 Laterals	-6°	0°	1,4	-	C732-1203	C732-1203	C732-1201	C732-1201
3 Cuspids + hook	-6°	+3°	1,2	-	C733-1413	C732-1413	C733-1411	C732-1411
4 Bicuspids + hook	-12°	+2°	1,2	-	C733-1513	C732-1513	C733-1511	C732-1511
5 Bicuspids + hook	-17°	+2°	1,2	-	C733-1613	C732-1613	C733-1611	C732-1611
6 1 st Molar + hook	-20°	0°	-	-	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 2 nd Molar + hook	-20°	0°	-	-	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

Fallsätze | Cases

C€ 0297

Variation	Quicklear®	BioQuick®	Slot .018"		Slot .022"	
			1	3	1	3
Cases						
Maxillary	+	-	C706C0847	C706C0848	C706C0862	C706C0863
Mandibular	+	-				
Maxillary	+	-	C706-0842	C706-0843	C706-0857	C706-0858
Mandibular	+					
Maxillary	+	-	C706-0847	C706-0848	C706-0862	C706-0863
Mandibular	+					

Colour-marks



QuickKlear® III Brackets – FACE Evolution System

OK / Maxillary € 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	-	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,3	-	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 Cuspids + hook	+3°	+8°	0,9	-	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	-	C739-0503	C738-0503	C739-0501	C738-0501
	-7°	0°	0,9	-	C739-0513	C738-0513	C739-0511	C738-0511
5 Bicuspids Bicuspids + hook	-7°	0°	0,9	-	C739-0503	C738-0503	C739-0501	C738-0501
	-7°	0°	0,9	-	C739-0513	C738-0513	C739-0511	C738-0511
6 1. Molar	-30°	0°	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 2. Molar	-30°	0°	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

UK / Mandibular € 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-1°	0°	1,4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
2 Laterals	-1°	0°	1,4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
3 Cuspids + hook	-6°	+2°	1,2	-	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 Bicuspids + hook	-17°	0°	1,2	-	C739-1513	C738-1513	C739-1511	C738-1511
5 Bicuspids + hook	-22°	0°	1,2	-	C739-1613	C738-1613	C739-1611	C738-1611
6 1. Molar	-30°	0°	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 2. Molar	-30°	0°	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802


Variation	QuickKlear	BioQuick	Slot .018"		Slot .022"	
Cases			1	3	1	3
Maxillary		-	C706C1206	C706C1207	C706C1215	C706C1216
Mandibular		-				
Maxillary		-	C706-1203	C706-1204	C706-1212	C706-1213
Mandibular						
Maxillary		-	C706-1206	C706-1207	C706-1215	C706-1216
Mandibular						

Größerer optionaler Torque an Front- und Seitenzähnen im Unterkiefer | Optionally more torque on mandibular Centrals and Laterals

UK / Mandibular € 0297					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1+2 Centrals / Laterals	-6° *	0°	1,4	-	C738-1203	C738-1203	C738-1201	C738-1201

*Durch eine 180°-Drehung beim Kleben kann der Torque von -6° auf +6° umgestellt werden. Achtung: In einem solchen Fall öffnet sich die Klammer nach gingival. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Option bevorzugen.
Bonding brackets upside down will convert from -6° Torque to +6° Torque. But keep in mind: the clip has to be opened to gingival. Please indicate if you prefer this option.

Colour-marks



Quicklear® III + BioPassive® Brackets – FACE Evolution Hybrid System

OK / Maxillary					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+12°	+5°	1,0	-	C739-0103	C738-0103	C739-0101	C738-0101
2 Laterals	+8°	+9°	1,3	-	C739-0203	C738-0203	C739-0201	C738-0201
3 Cuspids + hook	+3°	+8°	0,9	-	C739-0313	C738-0313	C739-0311	C738-0311
4 Bicuspids	-7°	0°	0,9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	-7°	0°	0,9	-	739H0513	738H0513	739H0511	738H0511
5 Bicuspids	-7°	0°	0,9	-	739H0503	738H0503	739H0501	738H0501
	-7°	0°	0,9	-	739H0513	738H0513	739H0511	738H0511
6 1. Molar	-30°	0°	-	10	739-0704	738-0704	739-0702	738-0702
7 2. Molar	-30°	0°	-	6	739-0804	738-0804	739-0802	738-0802

UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	-1°	0°	1,4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
2 Laterals	-1°	0°	1,4	-	C738-1303	C738-1303	C738-1301	C738-1301
3 Cuspids + hook	-6°	+2°	1,2	-	C739-1413	C738-1413	C739-1411	C738-1411
4 Bicuspids	-17°	0°	1,2	-	739H1503	738H1503	739H1501	738H1501
	-17°	0°	1,2	-	739H1513	738H1513	739H1511	738H1511
5 Bicuspids	-22°	0°	1,2	-	739H1603	738H1603	739H1601	738H1601
	-22°	0°	1,2	-	739H1613	738H1613	739H1611	738H1611
6 1. Molar	-30°	0°	-	-	739B1704	738B1704	739B1702	738B1702
7 2. Molar	-30°	0°	-	-	739-1804	738-1804	739-1802	738-1802

Fallsätze | Cases

CE 0297

Variation	Quicklear	BioPassive	Slot .018"		Slot .022"	
Casi/Cases			1	3	1	3
Maxillary			C706H1203	C706H1204	C706H1212	C706H1213
Mandibular						
Maxillary			C706H1206	C706H1207	C706H1215	C706H1216
Mandibular						

Größerer optionaler Torque an Front- und Seitenzähnen im Unterkiefer | Optionally more torque on mandibular Centrals and Laterals


UK / Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1+2 Centrals / Laterals	-6° *	0°	1,4	-	C738-1203	C738-1203	C738-1201	C738-1201

*Durch eine 180°-Drehung beim Kleben kann der Torque von -6° auf +6° umgestellt werden. Achtung: In einem solchen Fall öffnet sich die Klammer nach gingival. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Option bevorzugen. Bonding brackets upside down will convert from -6° Torque to +6° Torque. But keep in mind: the clip has to be opened to gingival. Please indicate if you prefer this option.

Roncone Prescription – BioQuick® & Quicklear® III



Colour-marks



Roncone Prescription – Quicklear® III

OK / Maxillary <small>© 0297</small>					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	+19°	+5°	1,0	–	C737-0103	C736-0103	C737-0101	C736-0101
2 Laterals	+10°	+8°	1,3	–	C737-0203	C736-0203	C737-0201	C736-0201
3 Cuspids + hook	0°	+8°	0,9	–	C737-0313	C736-0313	C737-0311	C736-0311
4 Bicuspids	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0503	C736-0503	C737-0501	C736-0501
	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0513	C736-0513	C737-0511	C736-0511
5 Bicuspids	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0503	C736-0503	C737-0501	C736-0501
	-10°	+4°	0,9	2° distal	C737-0513	C736-0513	C737-0511	C736-0511
6 1 st Molar + hook	-20°	0°	–	20° distal	737-0704	736-0704	737-0702	736-0702
	-20°	0°	–	12° distal	737-0728	736-0728	737-0726	736-0726
7 2 nd Molar + hook	-17°	0°	–	12° distal	737-0804	736-0804	737-0802	736-0802

UK / Mandibular <small>© 0297</small>					Slot .018"		Slot .022"	
Tooth	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order-no.		Order-no.	
					Right	Left	Right	Left
1 Centrals	2°	0°	1,4	–	C736-1203	C736-1203	C736-1201	C736-1201
2 Laterals	2°	0°	1,4	–	C736-1203	C736-1203	C736-1201	C736-1201
3 Cuspids + hook	-3°	+5°	1,2	–	C737-1413	C736-1413	C737-1411	C736-1411
4 Bicuspids + hook	-7°	+2°	1,2	2° distal	C737-1513	C736-1513	C737-1511	C736-1511
5 Bicuspids + hook	-10°	+2°	1,2	2° distal	C737-1613	C736-1613	C737-1611	C736-1611
6 1 st Molar + hook	-13°	0°	–	4° distal	737-1704	736-1704	737-1702	736-1702
7 2 nd Molar + hook	-10°	0°	–	–	737-1804	736-1804	737-1802	736-1802

Fallsätze | Cases

© 0297

Variation	Quicklear	BioQuick	Slot .018"		Slot .022"	
Fälle/Cases			1	3	1	3
Maxillary		–	C706-6001	C706-6004	C706-6010	C706-6013
Mandibular						
Maxillary		–	C706-6002	C706-6005	C706-6011	C706-6014
Mandibular						